

自動体外式除細動器（AED）仕様書

1.件名：西原町立小中学校自動体外除細動器（AED）の調達に関する一般競争入札

2.AEDの内容詳細

(1) 機能

ア.使用範囲：日本語音声による操作指示機能があり、非医療従事者でも十分使用できるもの。

イ.使用期間：長期（5年以上）の使用に耐えうる機器であること。

ウ.規格：厚生労働省による医療用具の承認を得ていること。また、防塵・防水機能はIP55以上であること。

エ.その他 ① 電極パッドは、機器本体に接続した状態で保管ができ、使用期限が2年以上であるもの。

② 成人及び小児を対象とした小児用パッドの使用ができる機器、又は、成人用・小児用の切替機能がある機器であり、安全性が確認されている機器であること。

③ 薬事法に基づく承認を受けた機種であること。

④ バッテリーは充電タイプでないこととし、残量が少ない場合、本体の蓋を開けることなくアラーム音等で報知する機能を有すること。

⑤ セルフチェック機能があり、不具合があればアラーム音やディスプレイ表示等で警告する機器であること。

⑥ 日本版救急蘇生法ガイドライン2015対応であること。

⑦ 商品の搬入・設置、梱包処理、取り替える既存の自動体外式除細動器6台の廃棄に係る費用も入札額に含めること。

⑧AED本体の耐用年数に応じた本体保証を付加すること。

3.安全性

医療電気機器の安全に関する規格に適合していること。

4.納入数量 西原町立 坂田小学校、西原小学校、西原東小学校、西原南小学校
西原中学校、西原東中学校 各1式

5.製品構成 ①自動体外式除細動器（AED）、②バッテリーパック、③除細動パッド（成人・小児共有で使用できるもの）、④キャリングバック、⑤レスキューセット
上記の構成をもって一式とする。

※バッテリーパック、除細動パッドについては交換時期に追加購入する。